

Rahmen-Hygieneplan	Aufbereitung von Medizinprodukten Einstufung der MP	Rheingau-Taunus-Kreis Main-Taunus-Kreis Wiesbaden
--------------------	--	---

Einstufung der Medizinprodukte (MP)

gem. Empfehlung Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 11/2001.

	Anwendung auf	Aufbereitung
Unkritische MP	MP die mit intakter Haut in Berührung kommen	Reinigung / Desinfektion
Semikritische MP Gruppe A	MP die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen <u>ohne besondere</u> Anforderungen an die Aufbereitung	Reinigung / Desinfektion
Gruppe B	MP die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen mit <u>erhöhten</u> Anforderungen Aufbereitung (Beisp. Sauberkeit kann wegen undurchsichtigem Material nicht überprüft werden; kann aufgrund der Konstruktion auch beim Einsatz von Reinigungsbürsten, etc. nicht sicher gereinigt werden)	
Kritische MP Gruppe A	MP zu Anwendung von Blut, Blutprodukten, sterilen Arzneimitteln, die Haut oder Schleimhaut durchdringen, Kontakt mit inneren Geweben und Organen, Wunden <u>ohne besondere</u> Anforderungen an die Aufbereitung	Reinigung / Desinfektion / Sterilisation
Gruppe B	mit <u>erhöhten</u> Anforderungen an die Aufbereitung	
Gruppe C	mit <u>besonders hohen</u> Anforderungen an die Aufbereitung	

Unkritische Medizinprodukte	Aufbereitung
EKG-Kabel, Stethoskop, Blutdruckmesser Pulsoxymeter-Sensor, Fieberthermometer, Reflexhammer, Staubband, Verbandscheren, Laryngoskop-Handgriff Defi-Paddels, Gerätegehäuse (EKG/Defi, Beatmungsgeräte, Absaugpumpen), Trage, Schaufeltrage, Spineboard	Wischdesinfektion
Beatmungsbeutel	Wischdesinfektion / Tauchbaddesinfektion
Beatmungsmasken, Beatmungsschläuche, Urinflasche, Steckbecken	Tauchbaddesinfektion
EKG-Elektroden, Defi-Klebeelektroden,	Einwegartikel
Semikritische Medizinprodukte Gruppe A	
Kaltlicht-Laryngoskopspatel, Beißkeile, Magillzangen,	Tauchbaddesinfektion
Gruppe B	
Guedeltuben, Sauerstoffbrillen, -masken, Hyperventilationsmaske, Magensonde, Rasierer Absaugbehälter, Absaugschläuche, Absaugkatheter	nur Einwegartikel, <u>Keine</u> Aufbereitung
Kritische Medizinprodukte Gruppe A	
chirurgische Bestecke, Scheren, Klemmen, Pinzetten	- Aufbereitung erfolgt in Kliniken (ZSVA) <u>oder</u> sterile Einweg-Produkte
Gruppe B	
Endotrachealtuben, Venenzugang, Spritzen, Kanülen, Infusionssysteme,-leitungen, Drei-Wege-Hahn, BZ-Lanzetten, Wundauflagen	Nur sterile Einweg-Produkte , <u>Keine</u> Aufbereitung
Gruppe C	-- keine--